



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE

Amostras do Pregão n. 13/2020 avaliadas pela comissão técnica

Bombinhas, 14/08/2020

Empresa SOMA:

Todos os itens foram aprovados

Item: 73: Aprovado

Item 103: Aprovado

Item 96: Aprovado

Item 138: Aprovado

Item 139: Aprovado

Item 140: Aprovado

Empresa Metromed:

Item 31: O descritivo traz o avental com gramatura de 20g, contudo, a amostra possui 40g de gramatura. Como a comissão analisou a amostra de 40g, esta foi aprovada.

Item 95: O descritivo expressa que o equipo micro precisa ter o injetor lateral e a amostra analisada não possui; por esse motivo, a mesma foi reprovada.

Item 73: Aprovado

Item 103: Aprovado

Item 15: Aprovado

Item 142: Aprovado

Item 302: Aprovado

Item 104: Aprovado

Item 105: Aprovado

Item 106: Aprovado

Item 137: Aprovado

Item 138: Aprovado

Item 139: Aprovado

Empresa La Dalla Porta Junior

Item 31: Aprovado

Item 44: Aprovado

Item 137: Aprovado

Item 138: Aprovado

Empresa Will Comercial

Item 139: Aprovado

Item 140: Aprovado

Item 141: Aprovado

Empresa Altermed


Item 15: Aprovado


Item 31: A amostra possui “manga curta”, diferindo do descritivo que pede “manga longa”. Não aprovamos a amostra por esse motivo.

Item 302: Aprovado

Item 97: Aprovado

Avaliadores:


Sueli da Silveira dos Santos


Maria Alice S. de O. Da Silva


George Kretzer