

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS

CNPJ: 10.606.509/0001-36
AV. BALEIA JUBARTE
C.E.P.: 88215-000 - Bombinhas - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 23/2020 - PR

Processo Administrativo: 118/2020
Processo de Licitação: 118/2020
Data do Processo: 22/10/2020

Folha: 1/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Secretario De Saude E Saneamento, ANTÔNIO AUGUSTO GIAROLO PENTEADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 118/2020
b) Licitação Nr.: 23/2020-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 25/11/2020
e) Data da Adjudicação: 25/11/2020 Sequência: 0
f) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO.

g) Fornecedores e Itens Vencedores:


	<u>Unid.</u>	<u>Qtidade</u>	<u>Descto (%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
--	--------------	----------------	-------------------	-----------------------	----------------------

(em Reais R\$)

ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA (8146)

3	CARRO MACA SIMPLES, CONFECCIONADA EM CHAPA COM MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURADA COM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL COM TRAVESSAS EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL 1" X 1,20 MM, DEVE POSSUIR GRADES LATERAIS DE TOMBAR E TRAVA, CABECEIRA MÓVEL COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, POSSUIR COLCHONETE D28 COM ACABAMENTO EM COURVIN COMO ACESSÓRIO (COR PRETA), POSSUIR SUPORTE DE SORO, POSSUIR PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS 6" SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAL. COM PARA-CHOQUE DE BORRACHA. COM CAPACIDADE: DE APROXIMADAMENTE 150 KG. - Marca: OLIMEDIC/ OLI 133	UN	2,00	0,0000	4.370,00	8.740,00
4	ESCADINHA DE DOIS DEGRAUS EM AÇO INOX. DEGRAUS COM REVESTIMENTO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES: 0,40 X 0,40 X 0,40M. - Marca: OLIMEDIC/ OLI 125	UN	6,00	0,0000	375,00	2.250,00

Bombinhas, 25 de Novembro de 2020.


ANTÔNIO AUGUSTO GIAROLO PENTEADO
SECRETARIO DE SAUDE E SANEAMENTO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS

CNPJ: 10.606.509/0001-36
AV. BALEIA JUBARTE
C.E.P.: 88215-000 - Bombinhas - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 23/2020 - PR

Processo Administrativo: 118/2020
Processo de Licitação: 118/2020
Data do Processo: 22/10/2020

Folha: 2/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA (8146)

7	ULTRASSOM	UN	1,00	0,0000	1.518,00	1.518,00
	<ul style="list-style-type: none">- TECNOLOGIA DE OPERAÇÃO MICROCONTROLADA;- TELA: DISPLAY GRÁFICO DE LCD;- ULTRASSOM DE 1 MHZ E 3.0 MHZ;- POTÊNCIA: 21 W;- ERA: 3 CM²;- ERA: 7 CM²;- MODO: CONTÍNUO E PULSADO;- CICLO DE TRABALHO: 10, 20 E 50%;- FREQUÊNCIA DE PULSO: COM 100HZ, 48HZ E 16 HZ;- TIMER: 1 A 30 MIN;- NOVOS PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PROTOCOLOS PARTICULARES;- ENTRADA PARA TERAPIA COMBINADA;- SENSOR TÉRMICO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO ULTRAPASSAR 41°;- POTÊNCIA DE ENTRADA - CONSUMO: 50 V. - Marca: IBRAMED S34					


Total do Fornecedor: 12.508,00

G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA (16307)

6	OXÍMETRO DE PULSO	UN	3,00	0,0000	3.040,00	9.120,00
	<ul style="list-style-type: none">- FUNCIONAMENTO COM APENAS UMA PILHA AAA- LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS SER COLOCADO OU RETIRADO DO DEDO.- É RESISTENTE A GOTAS E BORRIFOS DE ÁGUA, E É POSSÍVEL FAZER SUA HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, POIS NÃO POSSUI ESPUMA.- VISOR DE ORGANIC LED (OLED), COLORIDO E DE ALTA DEFINIÇÃO, TEM REGULAGEM DE BRILHO E DIREÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO DA TELA.- FAIXA DE SPO2: 0 A 100%, COM RESOLUÇÃO DE 1%.- PRECISÃO DE SPO2: APROXIMADAMENTE 2% (ENTRE 70% E 100%).- FAIXA DE PULSO: 30 A 250 BPM, COM RESOLUÇÃO DE 1 BPM.- PRECISÃO DE PULSO: APROXIMADAMENTE 1 BPM.- INDICADO PARA ADULTOS E CRIANÇAS.- DIMENSÕES: 38 MM X 25 MM X 67,5 MM.- PESO: 45 G (SEM A PILHA, QUE VEM COM O APARELHO). - Marca: BIOLAND AT101C					

Total do Fornecedor: 9.120,00

Bombinhas, 25 de Novembro de 2020.


ANTÔNIO AUGUSTO GIAROLO PENTEADO
SECRETARIO DE SAUDE E SANEAMENTO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS

CNPJ: 10.606.509/0001-36
AV. BALEIA JUBARTE
C.E.P.: 88215-000 - Bombinhas - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 23/2020 - PR

Processo Administrativo: 118/2020
Processo de Licitação: 118/2020
Data do Processo: 22/10/2020

Folha: 3/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

METROMED-COM. MAT. MEDICO-HOSPITALAR LTD (6358)

1	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELETRÔNICO -FRASCO COLETOR DE PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL COM CAPACIDADE DE 3,25 LITROS; - MOTOR: MONOFÁSICO COM CAPACITOR DE 1/5HP; - PROTEÇÃO DO MOTOR: ATRAVÉS DE PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTA AO NORMAL; - ROTAÇÕES: 1.750 RPM; - CONSUMO: BAIXO(APROXIMADAMENTE 341W); - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: AUTOMÁTICA 127/220V; - AMPERAGEM: 2.4A EM 127V E 125A EM 220V; - COMPRESSOR: PISTÃO OSCILANTE; - FLUXO: 34 LITROS DE AR POR MINUTO(LIVRE); - VACUÔMETRO: PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO; - FRASCO COLETOR: COM CAPACIDADE DE 3,25 LITROS DE PLÁSTICO; - TAMPA DO FRASCO: BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA; - VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO - VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO(HG). - Marca: NEVONI/14014	UN	5,00	0,0000	5.840,00	29.200,00
---	--	----	------	--------	----------	-----------

Total do Fornecedor: 29.200,00

Total Geral: 50.828,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.043.4.4.90.00.00.00.00.00 (91), 2.043.4.4.90.00.00.00.00.00 (95), 2.043.4.4.90.00.00.00.00.00 (151),
2.043.4.4.90.00.00.00.00.00 (152)

Bombinhas, 25 de Novembro de 2020.


ANTÔNIO AUGUSTO GIAROLO PENTEADO
SECRETARIO DE SAUDE E SANEAMENTO